



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR WE WROCŁAWIU

53-647 Wrocław, ul. Młodych Techników 61/63, tel. 71-355-08-15, fax 71-355-28-25, e-mail: oum.wroclaw@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna: elektroniczna
Nazwa lub znak producenta: KERN

Znak fabryczny: KB6500-1NM
Numer fabryczny: W1200920
Certyfikat badania typu: TCM128/08-463 I

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 10 stycznia 2023 r.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne: Max = 6500 g
Obciążenie minimalne: Min = 5 g

Działka legalizacyjna: $e = 1 \text{ g}$
Działka elementarna: $d = 0,1 \text{ g}$

Klasa dokładności II

WNOSKODAWCA

Centrum Badań Klinicznych Piotr Npora Lekarze sp.p. ul. Długosza 4, 51-162 Wrocław - użytkownik przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji 3PL*, 23, I umieszczono częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie wagi.
Cechy zabezpieczające w liczbie 3 szt. umieszczono pod spodem wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony

ZNAK WNIOSKU

WL.400.1930.2020

Data wystawienia: 10 grudnia 2020 r.

z up. DYREKTORA

NACZELNIK
Wydziału Legalizacji

mgr Wiesława Szadzińska

