



## WYNIKI WZORCOWANIA

Pomiaru dokonano trzykrotnie w warunkach stabilnych porównując wskazanie urządzenia badanego z urządzeniem wzorcowym ustawionym w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika badanego.

Wyniki wzorcowania temperatury			
Wskazanie urządzenia badanego	Estymata średniej na urządzeniu wzorcowym	$\Delta$	Niepewność wzorcowania [°C]
[°C]	[°C]	[°C]	[°C]
22,0	21,9	-0,1	0,1
22,4	22,3	-0,1	
22,7	22,6	-0,1	

Wyniki wzorcowania wilgotności			
Wskazanie urządzenia badanego	Estymata średniej na urządzeniu wzorcowym	$\Delta$	Niepewność wzorcowania
[%rH]	[%rH]	[%rH]	[%rH]
35,7	35,9	0,2	0,8
35,4	35,6	0,2	
35,6	35,8	0,2	

Specjalista ds. Pomiarów  
  
 mgr inż. Marcin Duczmański  
 Laboratorium Pomiarowe Merazet S.A.