


WYNIKI WZORCOWANIA

Pomiary dokonano trzykrotnie w warunkach stabilnych porównując wskazanie urządzenia badanego z urządzeniem wzorcowym ustawionym w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika badanego.

Wyniki wzorcowania temperatury			
Wskazanie urządzenia badanego	Estymata średniej na urządzeniu wzorcowym	Δ	Niepewność wzorcowania [°C]
[°C]	[°C]	[°C]	[°C]
25,0	25,1	0,1	0,1
25,1	25,2	0,1	
25,4	25,4	0,0	

Wyniki wzorcowania wilgotności			
Wskazanie urządzenia badanego	Estymata średniej na urządzeniu wzorcowym	Δ	Niepewność wzorcowania
[%rH]	[%rH]	[%rH]	[%rH]
35,8	36,6	0,8	0,8
35,0	35,6	0,6	
35,4	35,6	0,2	

Specjalista ds. Pomiarów

 mgr inż. Marcin Duczmański
 Laboratorium Pomiarowe Merazet S.A.