

Protokół z kontroli stanu technicznego aparatury medycznej nr: 116107/22

Nazwa i typ aparatu: DefiMax biphasic
Nr fabryczny: 06110325
Rok produkcji: 2011
Producent: Emtel, Zabrze
Użytkownik: Centrum Badań Klinicznych Piotr Napora lekarze sp. p, Wrocław
Oddział:
Data kontroli: 2022-07-06

Na podstawie przeglądu technicznego na zgodność z wymaganiami zawartymi w „Karcie kontroli: 05.0-00.00.11 KP ” i normie PN-EN 62353, dla urządzenia o numerze fabrycznym 06110325 stwierdzono zgodność parametrów techniczno - funkcjonalnych z wymaganiami.

Zalecany następny przegląd techniczny należy wykonać do: 2023-07-06

Uwagi:

Kontrolował:
2022-07-06
Paweł Stojewski



Pieczęć firmy:

EMTEL Śliwa sp. k.
41-807 Zabrze, ul. A. Mickiewicza 66
NIP 6482777404

Kierownik produkcji:
2022-07-06
Wojciech Szendzielorz



Karta serwisu

Nazwa klienta:		Miasto:		
Centrum Badań Klinicznych Piotr Nopora lekarze sp. p		Wrocław		
Nr klienta:	Ulica:	Oddział:		
3595	Długosza 4			
Nr zlecenia:	Data zgłoszenia:	Data wyceny:	Data wykonania:	Koniec gwarancji:
653/22	2022-07-05	2022-07-06	2022-07-06	2013-07-07
Nr karty:	Nr seryjny:	Nazwa wyrobu:		Rodzaj serwisu:
1552/22	06110325	DefiMax biphasic		przeгляд <input checked="" type="checkbox"/> gwarancyjny <input type="checkbox"/> pogwarancyjny <input type="checkbox"/>

Opis zgłoszenia:

Przeгляд techniczny defibrylatora DefiMax s/n 06110325

Opis czynności:

Przeгляд techniczny. Sprawdzenie wszystkich parametrów i funkcji aparatu. Kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN62353 oraz z wymogami zawartymi w karcie wyrobu.

Aparat sprawny technicznie

Wymienione moduły i podzespoły:

Wykonał: **Paweł Stojewski**

Data i podpis *6.02.2022*



Odebrał(a):

Data i podpis

