

OZNACZENIE KOMORY LAMINARNEJ:

Typ: Fama L13 SN: 614/2015 Nr zlec:

**DZIAŁANIA SERWISOWE
BADANIA:**

Pomiar czystości powietrza					Pomiar prędkości laminarnej
Wielkość cząstek	Wymagania	Wyniki			
		1	2	3	
≥ 0,5 µm	< 3520	0	0	0	m/s wymagania 0,36m/s – 0,54m/s
≥ 5 µm	< 20	0	0	0	

WYMIANA FILTRÓW:

- Filtr zasadniczy HEPA EU.....
Numer filtru HEPA: 420 41
- Filtr wstępny G4

Użyte przyrządy:

- Licznik cząstek 9303-01 numer seryjny: 93031514004
- Licznik cząstek 9306-03 numer seryjny: 93061707002
- Licznik cząstek 9306-03 numer seryjny: 93061939007
- Termoanemometr TA-430 numer seryjny: TA4301707011
- Inny.....
- Licznik cząstek 9303-01 numer seryjny: 93032011001
- Licznik cząstek 9306-03 numer seryjny: 93032014003
- Licznik cząstek 9306-03 numer seryjny: 93032021009
- Termoanemometr TA-430 numer seryjny: TA430153700

PRZEGLĄD TECHNICZNY:


Czy urządzenie sprawne, bezpieczne w użytkowaniu i dopuszczone do dalszej eksploatacji

TAK NIE

Data następnego przeglądu: wrzesień 2025 Data następnej wymiany HEPA: wrzesień 2028

Koszty:

Podpis i pieczęć serwisanta:



 TW Zakład Usługowo-Handlowy
 Tadeusz Wojtas
 54-235 Wrocław, ul. Białowieska 40/27
 NIP: 894-106-35-40
 tel. 790-50-80; 801-154 990
 e-mail: tadeuszwojtas@wp.pl

Data: 22 09 2022

Pozostawić puste gdy klient objęty umową

ZLECENIODAWCA (pieczęć płatnika i odbiorcy jeżeli inny):

Podpis jest jednoznaczny z akceptacją kosztów

.....
Podpis