

Zlecenie serwisowe nr
00.001.257

Data: 25-01-2023
Data wykonania zlecenia: 25-01-2023

ADRES INSTALACJI **CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PIOTR NAPORA LEKARZE**
ul. Długosza 4
51-162 - Wrocław
NIP: 8982070703

Opis: Przegląd **Rodzaj:** Pogwarancyjne

Serwisowane urządzenie:
VyntusBODY, numer seryjny: 971090/90001113

Urządzenia pomiarowe

Wykonane czynności

1.	Kontrola wizualna urządzenia	Tak
2.	Kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych	Tak
3.	Kontrola poprawności działania funkcji pomiarowych	Tak
4.	Przeprowadzenie procedury JQM	Tak
5.	Kalibracja serwisowa czujników	Tak
6.	Sprawdzenie szczelności układów pneumatycznych	Tak
7.	Sprawdzenie ilości wolnej przestrzeni dyskowej	Nie
8.	Sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych	Tak
9.	Sprawdzenie zainstalowanych opcji	Tak
10.	Sprawdzenie statusu komunikatów systemowych	Nie
11.	Czyszczenie modułów elektroniki	Nie
12.	Inne (opisać)	SeS_2.10 (SP 2.17.5) Win7_Pro Dell Vostro ST:FNNNQX1

Wpis do paszportu

Czy dokonałeś wpisu do paszportu technicznego? Tak

Informacje po zakończeniu

Laptop Dell Vostro ST:FNNNQX1 został zabrany do siedziby firmy Miro w celu dalszej diagnostyki elektronicznej.

Stan aparatu



MIRO Sp. z o.o.
ul. Mińska 29B lok. 11, 03-808 Warszawa
NIP: 697-193-45-76 REGON: 411839248

Wytyczne: laptopa zadanego w celu
zgodnie z wytycznymi dla
20 8 Wytyczne: Gwarantujemy NIS 2006/10219C

Biura handlowe:
Al. Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno
ul. Motockiego 1 lok. A638, 24-110 Puławy
ul. Maria Götzenberga 21-44 109 Gliwice

www.miro-med.pl, info@miro-med.pl

