

Protokół nr 1827/24 z kontroli stanu technicznego aparatury medycznej

Nazwa i typ aparatu: DefiMax biphasic
Nr seryjny: 06110325
Rok produkcji: 2011
Producent: EMTEL Śliwa sp.k., Zabrze
Użytkownik: Centrum Badań Klinicznych Piotr Napora lekarze sp. p, Wrocław
Oddział:
Data kontroli: 2024-08-02
Podmiot przeprowadzający kontrolę: EMTEL Śliwa sp.k., Zabrze

Na podstawie przeglądu technicznego na zgodność z wymaganiami zawartymi w karcie kontroli nr 05.0-00.00.00.00.2/KJS i aktualnej normie PN-EN 62353, dla urządzenia o numerze seryjnym s/n 06110325 stwierdzono zgodność parametrów techniczno - funkcjonalnych z wymaganiami. Zalecany następny przegląd techniczny należy wykonać do: 2025-08-02.

Uwagi:

Brak.

Do testów wykorzystano wyposażenie klienta.

Kontrolował: Krzysztof Jurowski
Sporządził/a:
Zwolnił: Krzysztof Jurowski

Dokument sporządzony elektronicznie. Nie wymaga podpisu ani stempla.

Karta serwisu

Nazwa klienta:		Miasto:		
Centrum Badań Klinicznych Piotr Napora lekarze sp. p		Wrocław		
Nr klienta:	Ulica:	Oddział:		
3595	Długosza 4			
Nr zlecenia:	Data zgłoszenia:	Data wyceny:	Data wykonania:	Koniec gwarancji:
697/24	2024-07-30	2024-08-02	2024-08-02	2013-07-07
Nr karty:	Nr seryjny:	Nazwa wyrobu:		Rodzaj serwisu:
2253/24	06110325	DefiMax biphasic		przegląd <input checked="" type="checkbox"/> gwarancyjny <input type="checkbox"/> pogwarancyjny <input type="checkbox"/>

Opis zgłoszenia:

Przegląd techniczny DefiMax biphasic s/n 06110325

Opis czynności:

Przegląd techniczny. Sprawdzenie wszystkich parametrów i funkcji aparatu. Kontrola bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN62353 oraz z wymogami zawartymi w karcie wyrobu.

Aparat sprawny

Wymienione moduły i podzespoły:

Wykonał: **Krzysztof Jurowski**
Data i podpis



Odebrał(a):
Data i podpis

